Cycle de vie d'un échantillon

Au CISSS de Chaudière-Appalaches, les erreurs pré-analytiques représentent environ 75% des non-conformités soulevées



Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

Sources et fréquences des erreurs de laboratoire



Plusieurs mécanismes sont mis en place dans les laboratoires afin d'analyser seulement des prélèvements qui respectent les standards de qualité. Ceci évite de produire des résultats erronés qui pourraient compromettre la santé des usagers.

Ces échantillons non-conforme sont identifiés au rapport par la mention de « non-conformité »

Exemples de non-conformité :

- Échantillon hémolysé
- Échantillon coagulé
- Volume insuffisant
- Erreur ou absence identification usager
- Absence de signature/ initiales en banque de sang

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

Lippi G et al. Blood sample quality. Diagnosis 2019; 6(1): 25–31 Clin Biochem Rev. 2012 Aug; 33(3): 85–88.