Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

CHANGEMENT DE PRODUIT POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES

Présenté par : Département clinique de médecine de laboratoire du CISSS de Chaudière-Appalaches

Direction des services multidisciplinaires

Date : 2024-08-28

Québec

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES

Pot de prélèvement

Remplace le pot avec couvercle orange

Dispositif de transfert de l'urine intégré dans le couvercle

Tubes de transfert pour acheminement au laboratoire

Tube bouchon gris

Contient un additif bactériostatique; Utilisé pour les cultures urinaires

Tube bouchon jaune

Sans additif; Utilisé pour les sommaires urinaires et l'analyse des drogues de rue

Tube bouchon clair

Sans additif; Utilisé pour dosage de la micro-albumine et du ratio protéine/créatinine urinaire

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES : LES AVANTAGES

- Le dispositif de transfert intégré dans le couvercle du pot de prélèvement permet de remplir les tubes sous vide avec un minimum de manipulation et sans transvidage.
- L'utilisation des tubes de transfert permet d'optimiser le transport des spécimens en réduisant l'espace requis par les contenants et en étant à l'épreuve des fuites.
- L'additif dans le tube à bouchon gris permet de stabiliser et de conserver les échantillons de culture urinaire à température pièce durant le transport.
- Les tubes de transfert sont compatibles avec les appareils au laboratoire ce qui permet d'éliminer des manipulations et étapes de transfert pour une prise en charge plus rapide.

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES : INSTRUCTIONS DE PRÉLÈVEMENTS POUR L'USAGER

Document à remettre à l'usager pour effectuer le prélèvement

Prélèvement urinaire

--Attention--

Ne pas enlever ni percer le collant sur le dessus du couvercle pour éviter les risques de piqure.
L'orifice de transfert contient une aiguille.

Ne pas toucher l'intérieur du pot ou l'intérieur du couvercle lors du prélèvement pour éviter les risques de contamination.

Suivre les directives suivantes:

1. Se laver les mains avec du savon et de l'eau.
2. Enlever le couvercle bleu et le déposer sur le comptoir avec la paille de transfert orientée vers le haut. **Ne pas** toucher l'intérieur du pot ni l'intérieur du couvercle.
3. S'il y a lieu, laver la région génitale avec les lingettes remises :
   Femme : Nettoyer la région génitale de haut en bas, en prenant soin d'écarter les replis de la vulve.
   Homme : Nettoyer l'extrémité du pénis en partant du méat urinaire vers la base du gland.
4. Uriner le premier jet dans la toilette.
5. Uriner ensuite dans le pot de prélèvement. Remplir minimalement le pot à la moitié.
6. Revisser le couvercle sur le pot en touchant uniquement les parties extérieures du pot et du couvercle.
7. Se laver les mains à nouveau avec du savon et de l'eau.

AM-AQR-015
2023-01-17

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

-- Attention -- Aviser l'usager --



Ne pas enlever ni percer le collant sur le dessus du couvercle pour éviter les risques de piqure. L'orifice de transfert contient une aiguille.

Ne pas toucher l'intérieur du pot ou l'intérieur du couvercle lors du prélèvement pour éviter les risques de contamination.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES : LES ÉTAPES À SUIVRE

ATTENTION--ATTENTION--ATTENTION--ATTENTION--

Les étapes de transfert doivent être réalisées par le personnel préleveur uniquement.

Effectuer en premier le transfert dans le tube à bouchon gris si ce dernier est requis.

ÉTAPE 1 : Effectuer la double identification de l'usager (nom et prénom, RAMQ ou numéro de dossier ou date de naissance).

ÉTAPE 2 : Identifier le pot bleu et les tubes selon les indications de l'aide-mémoire AM-AQR-016 Contenant à utiliser pour prélèvements urinaires.

ÉTAPE 3 : Remettre le pot bleu identifié à l'usager ainsi que les instructions pour effectuer le prélèvement. **LE PRÉLÈVEMENT DOIT ÊTRE EFFECTUÉ SUR PLACE À MOINS D'UNE CONDITION PARTICULIÈRE DE L'USAGER (voir note de service à la fin du présent document)**

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES : LES ÉTAPES À SUIVRE



ÉTAPE 4 : Lorsque l'usager rapporte son prélèvement dans le pot bleu, retirer la pellicule de protection pour exposer la canule de transfert. Une gaine grise en caoutchouc recouvre l'aiguille.



ÉTAPE 5 : Insérer le tube dans l'orifice de transfert de façon à ce que l'aiguille perce le bouchon du tube. Maintenir le tube en place jusqu'à ce que le remplissage soit complété. Retirer le tube et répéter pour les autres tubes.

ÉTAPE 6 : Pour le tube à bouchon gris, assurez-vous de remplir ce dernier au moins jusqu'à la ligne de remplissage minimale. Bien mélangé afin de dissoudre l'additif qui est sous forme de poudre dans le tube.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES : LES ÉTAPES À SUIVRE



ÉTAPE 7 : Lorsque tous les tubes requis ont été remplis et que vous vous êtes assuré que, selon les analyses demandées, le reste de l'échantillon contenu dans le pot avec couvercle bleu ne doit pas être acheminé au laboratoire, jeter le pot bleu et son contenu dans une poubelle biorisque rigide.

ÉTAPE 8 : Acheminer les échantillons au laboratoire selon la procédure d'emballage et de transport en vigueur.

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec

NOUVEAUX PRODUITS POUR LES PRÉLÈVEMENTS URINAIRES : CONSIGNES RELATIVES AUX SITUATIONS EXCEPTIONNELLES



Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec
Laboratoires

Info-Labo

DESTINATAIRES : À tous les points de services de prélèvement du CISSS de Chaudière-Appalaches et aux préleveurs privés qui offrent un service de prélèvements

DATE : Le 23 avril 2024

OBJET : Consignes relatives aux situations exceptionnelles qui impliquent un usager incapable d'uriner au point de service

---

Suite aux changements des contenants pour les prélèvements urinaires, plusieurs questions ont été soulevées concernant les situations exceptionnelles impliquant un usager qui est incapable d'uriner au point de service où le service de prélèvement est offert.

Remettre un contenant pour effectuer une urine à domicile n'est pas recommandé pour des questions de sécurité, d'intégrité des échantillons et pour assurer la qualité des résultats produits dans nos laboratoires.

Nous sommes toutefois conscients que des situations exceptionnelles peuvent survenir et nous désirons vous informer de la consigne à suivre pour ces cas qui ne doivent surtout pas devenir la norme. Lorsqu'un usager est dans l'incapacité d'uriner au point de service, lui remettre un pot à couvercle orange et non un pot à couvercle bleu. L'urine devra être retournée au point de service dans un délai de moins de deux heures suivant l'heure de prélèvement. Lors du retour de l'échantillon d'urine dans un pot à couvercle orange, le point de service devra s'assurer d'identifier le contenant avec minimalement une étiquette avec code-barre et faire suivre toutes les autres étiquettes en lien avec l'échantillon d'urine en attachant celles-ci autour du pot avec un élastique. Vous devrez également faire bien attention de bien modifier l'heure de prélèvement dans le système informatique afin d'éviter des non-conformités de délais au laboratoire si les étiquettes ont été enregistrées d'avance.

Nous réitérons encore l'importance de bien saisir que les pots orange peuvent être remis aux usagers pour prélèvement d'urine à domicile lors de situations exceptionnelles seulement. Sachez également que le laboratoire de microbiologie vérifiera les statistiques et agira directement auprès des secteurs qui utilisent cette trajectoire de façon usuelle.

Merci de votre collaboration,

Magalie Boucher
Chef de service biologie médicale
Laboratoires de l'Hôpital de Montmagny et du Centre Paul-Gilbert

F. Bouchard
Frédéric Bouchard, PhD
Biochimiste clinique service de biochimie

Sophie Roy
Conseillère à la qualité – Agent d'amélioration continue de la qualité des laboratoires
Service de biologie médicale

1515, 17e Rue Ouest
Saint-Georges (Québec) G5Y 4T8
Téléphone : 418 228-2031
www.cisss-ca.gouv.qc.ca

Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches
Québec